

	MUESTREADOR	Fabricante	Caudal de muestreo (l/min)
Muestreadores incluidos en el informe CEN/TR 15230 (año 2004)	IOM Multidust	SKC	2
	GK 2.69	BGI	4,2
	SIMPEDS	CASELLA	2,2
	Ciclón polvo respirable	BGI	2,2
	Ciclón aluminio	SKC	2,5
	Ciclón plástico conductor	SKC	3 ⁽¹⁾
	PGP-FSP 2	GSM	2
	Ciclón Nylon 10 mm	PANAMETRICS	1,7
	CIP 10R	ARELCO	10
	PGP-FSP 10	GSM	10
Muestreadores que potencialmente pueden cumplir las exigencias del informe CEN/TR 15230 (posteriores al año 2004)	GS-3	SKC	2,75
	GS-1	SKC	2
	GK4.162 RASCAL	BGI	8,5-9
	PPI	SKC	8
	PPI DESECHABLE	SKC	4 ó 8
	BGI-4L	BGI	2,2

⁽¹⁾ Caudal modificado por el fabricante en el año 2018